

## EHS NEWS FLASH

※法令等の内容全てを解説しているのではなく、独自の見解を含んでおり、その内容を保証するものではありません。

参考情報としてご利用頂き、法令等の内容解釈は、必ず原文にて確認し、各社の判断で対応して下さい。

(情報区分: b グリーン調達)

(取得区分: 1 委員会報告情報)

### 1) 件名

- ・ RoHS 指令除外に関する官報公布

### 2) 内容

- ・ 2022 年 9 月 22 日、RoHS 指令の除外項目 AnnexIV の追加に関する官報 ((EU)2022/1632) が公布された。
- ・ 以下除外項目の内容

In Annex IV to Directive 2011/65/EU, in entry 27, the following points (c) and (d) are added:

	<p>'(c) MRI non-integrated coils, for which the Declaration of Conformity of this model is issued for the first time before 23 September 2022, or</p> <p>(d) MRI devices including integrated coils, which are used in magnetic fields within the sphere of 1 m radius around the isocentre of the magnet in medical magnetic resonance imaging equipment, for which the Declaration of Conformity is issued for the first time before 30 June 2024.</p> <p>Expires on 30 June 2027.'</p>
--	---

- ・ ご参考: 追加前のエントリ 27 の除外 (2014/7/EU)

'27. Lead in

- solders,
  - termination coatings of electrical and electronic components and printed circuit boards,
  - connections of electrical wires, shields and enclosed connectors,
- which are used in

- (a) magnetic fields within the sphere of 1 m radius around the isocentre of the magnet in medical magnetic resonance imaging equipment, including patient monitors designed to be used within this sphere, or
- (b) magnetic fields within 1 m distance from the external surfaces of cyclotron magnets, magnets for beam transport and beam direction control applied for particle therapy.

### 3) SEAJ コメント

- ・ RoHS 指令の除外項目に対する対応は各社の判断で行って下さい。

### 4) 添付情報・資料

- ・ なし

### 5) 関連情報

- ・ 官報の URL (EU)2022/1632)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L1632&from=EN>

### 6) その他

- ・ なし